

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈彦
	职称：教授
	工作单位：安徽大学
项目信息	项目名称：宿州市立医院多导联心电图分析系统单一来源采购项目
	供应商名称：安徽鹏宇医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>我方现有心电图网络系统仅有麦迪克斯MECG-300能与之配套，为保证检测质量与稳定性，建议选择麦迪克斯多导联心电图分析系统。</p>
专业人员签字	<p>陈彦</p>
	日期：2024年6月7日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 江文明
	职称: 高工
	工作单位: 安徽工业大学
项目信息	项目名称: 宿州市立医院多导联心电图分析系统单一来源采购项目
	供应商名称: 安徽鹏宇医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>为了保证图像质量与设备稳定性, 考虑到同品牌的匹配性与协同性, 为了更好地满足临床需求与诊断质量, 故采用单一来源采购!</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">江文明</div> <div style="text-align: right;">日期: 2024年6月7日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 金少军
	职称: 主任医师
	工作单位: 省疾控中心
项目信息	项目名称: 宿州市立医院多导联心电图分析系统单一来源采购项目
	供应商名称: 安徽鹏宇医疗科技有限公司
专业人员论证意见	该院现使用的麦迪西斯心电图网络系统仅能与麦迪西斯17ECG-300匹配, 故采取单一来源采购方式采购。
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">             日期: 2024年6月7日           </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

采购项目需求进行如下审查：

为更好满足临床需求与诊断质量，考虑同品牌的匹配性与兼容性，该院现使用的麦迪克斯心电图网络系统仅能与麦迪克斯MECG-300匹配，故采取单一来源采购方式。

论证专家签字：

李少华 陈彦 冯月

2024年06月07日